CYPRESS DIAGNOSTICS

		Control blood for CYANHemato/CYANHemato 380					
		Control LOW		Control NORMAL		Control HIGH	
		Lot: 62360422		Lot: 62360423		Lot: 62360424	
		Exp: 2027-03-01		Exp: 2027-03-01		Exp: 2027-03-01	
		Open vial stability: 30 days		Open vial stability: 30 days		Open vial stability: 30 days	
Parameter	**Unit**	**Target**	**Range (+/-)**	**Target**	**Range (+/-)**	**Target**	**Range (+/-)**
WBC	10^9/l	2,50	0,40	7,40	0,60	20,30	2,50
RBC	10^{12}/l	2,17	0,15	4,32	0,20	5,34	0,25
HGB	g/dl	5,3	0,5	11,1	0,6	15,6	0,7
[HGB]	g/l	53	5	111	6	156	7
HGB	mmol/l	3,3	0,3	6,9	0,4	9,7	0,4
HCT	%	17,00	2,00	34,60	3,00	45,80	4,00
[HCT]	l/l	0,170	0,020	0,346	0,030	0,458	0,040
MCV	fl	76,2	6,0	81,3	6,0	87,7	6,0
MCH	pg	24,5	2,0	26,5	2,0	29,9	2,0
MCH	fmol	1,52	0,12	1,59	0,12	1,81	0,12
MCHC	g/dl	32,9	3,0	33,3	3,0	35,4	3,0
[MCHC]	g/l	329	30	333	30	354	30
MCHC	mmol/l	19,3	0,2	19,9	0,2	21,1	0,2
PLT	10^9/l	76	15	230	30	611	60
PCT	%	0,06	0,03	0,17	0,06	0,46	0,20
MPV	fl	7,5	1,5	7,4	1,5	7,5	1,5
PDWc	%	34,7	5,5	32,2	3,7	33,3	2,7
RDWc	%	19,2	5,0	18,0	5,0	17,1	5,0
LYM	10^9/l	1,50	0,50	3,10	0,50	4,10	1,50
MID	10^9/l	0,20	0,20	0,70	0,30	2,00	1,00
GRA	10^9/l	0,80	0,80	3,60	1,00	14,20	3,00
LYM	%	60,0	8,0	41,9	6,0	20,2	6,0
MID	%	8,0	6,0	9,4	5,0	9,9	5,0
GRA	%	32,0	8,0	48,7	7,0	69,9	8,0

Product code	**Item**
CY006-C01A	Control Package Normal (1 x 2.5 ml)
CY006-C02A	Control Package Low/Normal/High (3 x 2.5 ml)

PAY ATTENTION:
before closing the control blood vial, please remove the blood from the cap using lint-free tissue



Use the **lot-specific .ini files** for quick and easy updating of the control values on your CYANHemato/CYANHemato 380.
You can find them at:
https://diagnostics.be/update/CY006-C0

Cypress Diagnostics: Nijverheidsstraat 8 • 2235 Hulshout • Belgium
www.diagnostics.be • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be

CYPRESS DIAGNOSTICS

		Sang de contrôle pour CYANHemato/CYANHemato 380					
		Contrôle BAS		Contrôle NORMAL		Contrôle HAUT	
		Lot: 62360422		Lot: 62360423		Lot: 62360424	
		Exp: 2027-03-01		Exp: 2027-03-01		Exp: 2027-03-01	
		Stabilité après ouverture: 30 jours		Stabilité après ouverture: 30 jours		Stabilité après ouverture: 30 jours	
Paramètre	**Unité**	**Cible**	**Gamme (+/-)**	**Cible**	**Gamme (+/-)**	**Cible**	**Gamme (+/-)**
GB	10^9/l	2,50	0,40	7,40	0,60	20,30	2,50
GR	10^{12}/l	2,17	0,15	4,32	0,20	5,34	0,25
HB	g/dl	5,3	0,5	11,1	0,6	15,6	0,7
[HB]	g/l	53	5	111	6	156	7
HB	mmol/l	3,3	0,3	6,9	0,4	9,7	0,4
HT	%	17,00	2,00	34,60	3,00	45,80	4,00
[HT]	l/l	0,170	0,020	0,346	0,030	0,458	0,040
VGM	fl	76,2	6,0	81,3	6,0	87,7	6,0
TCMH	pg	24,5	2,0	26,5	2,0	29,9	2,0
TCMH	fmol	1,52	0,12	1,59	0,12	1,81	0,12
CCMH	g/dl	32,9	3,0	33,3	3,0	35,4	3,0
[CCMH]	g/l	329	30	333	30	354	30
CCMH	mmol/l	19,3	0,2	19,9	0,2	21,1	0,2
PLT	10^9/l	76	15	230	30	611	60
THT	%	0,06	0,03	0,17	0,06	0,46	0,20
VPM	fl	7,5	1,5	7,4	1,5	7,5	1,5
IDPc	%	34,7	5,5	32,2	3,7	33,3	2,7
IDRc	%	19,2	5,0	18,0	5,0	17,1	5,0
LYM	10^9/l	1,50	0,50	3,10	0,50	4,10	1,50
MID	10^9/l	0,20	0,20	0,70	0,30	2,00	1,00
GRA	10^9/l	0,80	0,80	3,60	1,00	14,20	3,00
LYM	%	60,0	8,0	41,9	6,0	20,2	6,0
MID	%	8,0	6,0	9,4	5,0	9,9	5,0
GRA	%	32,0	8,0	48,7	7,0	69,9	8,0

Code de produit	**Article**
CY006-C01A	Coffret de Contrôles Normaux (1 x 2.5 ml)
CY006-C02A	Coffret de Contrôles Bas/Normaux/Hauts (3 x 2.5 ml)

ATTENTION:
avant de fermer le tube du sang de contrôle, enlever le sang du bouchon utilisant du tissu non pelucheux



Utilisez **les fichiers .ini par lot** pour une mise à jour rapide et facile des valeurs de contrôle sur votre CYANHemato (380).
Vous pouvez les trouver à l'adresse suivante :
https://diagnostics.be/fr/update/CY006-C0

Cypress Diagnostics: Nijverheidsstraat 8 • 2235 Hulshout • Belgium
www.diagnostics.be • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be